

点検・修理報告書

管理 No. 20365

発行日: 2020年10月8日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2020 年 10 月 7 日		作業時間: 8 Hr
顧客名	ひまわり歯科ささぎクリニック		TEL: 0289-77-7111
所在地	栃木県鹿沼市府中町63-1		ご担当: 市本 様
販売店	株式会社モリタ 北関東支店		ご担当: 市本 様
納入年月日	2017 年 5 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品: ー
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐ 出張・引取 ☒ 修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100248	運転回数: 1608回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラーNo.16 蒸気注入異常		
原因		
・蒸気弁が故障し、開閉動作しておりませんでした。		
他の部品内部確認し劣化等見られませんでしたので、蒸気弁単独の消耗が原因であると考えられます。		
処置、作業内容		
・蒸気弁を交換いたしました。		
特記事項		
		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	三方電磁弁(蒸気弁)	762261270	1		
2					
3					
4					
5					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		¥0
			技術料		¥0
			〒328-0034*栃木県鹿沼市府中町63-1		¥0
			ひまわり歯科ささぎクリニック		¥0

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

 歯科医師 笹崎 淳 仁 日 2020.10.26
 Tel 0289-77-7111 Fax 0289-77-7774

ご署名

印

修理業者

 株式会社IHアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		