

B 作業報告書

依頼者	星和 歯科		様	ご承認印
住所	越谷市宮本町5-13-5			
TEL	048-963-0161	署名		
機種名	高圧蒸気滅菌装置	メーカー	(株)IHI アグテック	
型式	BC-17 (号機)	製番	14070123	
完了	継続	有料	無料	回

ご依頼内容・現象

スポット 保守点検

(ご依頼者 様)

原因

処置

- ☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☒ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃
☒ グリスアップ ☒ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

・点検表に基づく各部の点検。

・インジケータを入れ試運転。

お客様への伝言

作業日 20 20 年 11 月 17 日

保守形態	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	6 対象外	(摘要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 2年	3 CM	医療機器			区分 管 非特管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC	80 アフター
							90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	ドラパッキン	1		4,600

1	基本・据付・点検・性能検	(見積書No.)	20,000
2	技術料	H× 名× 円	
3	派遣料	80k× 1 名× 100 円	8,000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費	高運代	2,080
6			3,000

サビセンター	埼玉 SC	実施者	中村
TEL			

責任技術者	検印	入力	納品書

取扱業者 (請求先)

(株)IHI アグテック

(支店名)

(ご担当者)

桑原様

(注文No.)

管理No. 825141

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

〒387-0013 長野県千代市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

札幌SC	長野SC	つくばSC	神奈川SC	大田SC	福岡SC
仙台SC	松本SC	T-2SC	静岡SC	大田SC	福岡SC
新潟SC	金沢SC	埼玉SC	岐阜SC	岡山SC	広島SC
富山SC	北陸SC	京都SC	徳島SC	高松SC	北九州SC
新潟SC	新潟SC	新潟SC	新潟SC	新潟SC	新潟SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CORE メディカルケア株式会社

〒387-0013 長野県千代市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料金内訳

⑬ A

部品代 4,600

⑭ B

技術料等 33,080

⑮

⑯

税別合計金額 37,680

消費税 3,768

ご請求金額 ¥ 41,448

納品書 No.

B 実施者→取扱業者