

点検・修理報告書

管理 No. 210430
発行日: 2021/9/15

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer			
作業年月日	2021年9月15日		作業時間: Hr
顧客名	入江歯科医院 様		TEL:
所在地	埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-10-15 入江ビル2F・3F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2019 年 1 月 31 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100348	運転回数: 846/1626 回
------	--------------	------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー7 循環水圧低下

原因

循環ポンプの故障

処置、作業内容

循環ポンプの交換

ドアパッキン交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	循環ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 10 月 6 日

ご署名 須永光俊 印

修理業者

株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	佐藤
'21/09/15	'21/09/15	'21/09/15
池	山	藤