

点検・修理報告書

管理 No. 210xxx

発行日: 2021年10月7日

IC Clave	
作業年月日	2021年9月27日 作業時間: 8 Hr
顧客名	入江歯科医院 様 TEL: 048-832-8131
所在地	埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-10-15 入江ビル2F・3F ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2019 年 5 月 22 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100404	運転回数: 3499回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- エラー 16 蒸気注入異常が発生した。
- エラー 18 滅菌異常が発生した。

原因

- ・蒸気弁の動作不良が確認されました。
- 1. 蒸気弁の動作不良により蒸気が缶内に注入されなかったために、エラー 16 が発生したと考えられます。
- 2. 蒸気弁の動作不良により滅菌温度が保持できなかったために、エラー 18 が発生したと考えられます。

処置、作業内容

- ・蒸気弁を交換いたしました。

特記事項

- ・缶内フィルターを交換いたしました。
- ・真空弁にシール不良がありましたので、交換いたしました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2	真空弁		1		
3	缶内フィルター		1		
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021年 10 月 12 日

ご署名 須永光俊 印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '21/10/07 池	小 '21/10/07 山	山 '21/10/07 形