

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 年 月 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2021 年 12 月 24 日		作業時間： Hr
顧客名	しのぎき歯科医院 様		TEL：
所在地	栃木県宇都宮市宝木町1-34-7		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 10 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13100040	運転回数： 7854
------	----------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴
・エラー 2 5 滅菌温度高温異常

原因	・給水タンク清掃・水ポンプフィルター清掃

処置、作業内容	 
・給水タンク・給水ポンプ清掃	
特記事項	

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄	2022 年 / 月 21 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

株式会社 IHI物流産業システム

修理業者

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
	富田	安田