

作業報告書

管理No.	4918	作業日/納入日	2021/10/01(金)	ご依頼日/受付	
お得意様	三浦歯科医院 様			ご依頼者	様
住所	埼玉県久喜市南栗橋4-19-4			室名	
TEL	0480-48-5251			保守契約	

実施センター	埼玉SC	TEL	049-222-0177	作業者	根岸和徳
同行		同行		同行	

メーカー	IHI物流産業システム	型式	BC-17 -		
機種名	小型高圧蒸気滅菌器	医療機器区分	3区分	特定保守	該当
		製造番号	14090188	運転回数	2718 回

機器2 型式		製造番号		機器3 型式		製造番号	
機器4 型式				機器5 型式			

作業区分	修理	完了・継続	完了	継続	有料・無料	有料	無料
------	----	-------	-----------	----	-------	-----------	----

請求先	株式会社 I H I 物流産業システム 環境ソリューションBU			注文No.	
支店名		ご担当者	斉藤 様	見積No	

連絡事項	
------	--

ご依頼内容・現象	<ul style="list-style-type: none"> ・異音がする。 ・給水タンクに水が入っている状態でも、給水エラーが出る。 	原因	<ul style="list-style-type: none"> ・真空ポンプの不具合が考えられます。 ・タンクキャップの不具合、又は装置内フィルターの詰まりが考えられます。
	エラーNo・コード		

処置	<input type="checkbox"/> 部品交換 <input type="checkbox"/> 各部増締 <input type="checkbox"/> 各部清掃 <input type="checkbox"/> グリスアップ <input type="checkbox"/> 動作確認 <input type="checkbox"/> 設定・PG確認 <input type="checkbox"/> 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照) <input type="checkbox"/> 試運転 <input type="checkbox"/> 異常なし	<ul style="list-style-type: none"> ・デンタルモード滅菌にて異音箇所調査。 ・真空ポンプ作動時の異音を確認。(ガラガラ音) 真空ポンプ本体の劣化異音が推測されます。 ・工程は問題無く完了する事確認。
----	---	---

交換部品	部品コード	交換部品	数量	単価	金額	備考	請求先備考

作業費用	技術料	1.0 H X 1 名 X 8,500 円 =	8,500 円	合計	部品合計	円
	派遣料	1.0 名 X 100 円 X 60 km X 回 =	6,000 円		作業合計	19,660 円
	宿泊費	泊 X 名 X 円 =	円			円
	諸経費		3,000 円		税別合計金額	19,660 円
	高速代		2,160 円		消費税(10%)	1,966 円
			円		ご請求額	21,626 円
			円			
			円			

お客様への伝言 後日、メーカーより連絡がございます。

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書	納品書No.
根岸	三浦				