

点検・修理報告書

管理 No. 210352

発行日: 2021年9月14日

IC Clave	
作業年月日	2021年8月30日 作業時間: 8 Hr
顧客名	あさか歯科医院 様
所在地	TEL: 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100234	運転回数: 5242回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 1 8 滅菌異常が発生した。		
原因		
・蒸気弁が故障により作動せず蒸気が注入できないために、滅菌温度が保持できず、エラー 1 8 が発生したと 考えられます。		
処置、作業内容		
・蒸気弁を交換しました。		
特記事項		
・SDカードが読み取れないので、交換しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2	SDカード		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

(Signature)



修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	山本
'21/09/14	'21/09/14	'21/09/14