

点検・修理報告書

管理 No. 210695

発行日: 2021/11/22

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer					
作業年月日	2021年11月11日			作業時間:	Hr
顧客名	かがみ歯科医院 様			TEL:	0428-32-1789
所在地	東京都青梅市新町3-67-5			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2019 年 5 月 30 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐ 出張・引取 修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号:	100371	運転回数:	152 回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
装置左側からの水漏れ					
原因					
ドアロック機構ずれ					
処置、作業内容					
ドアパッキンの交換					
ドアロックの調整					
特記事項					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1.有償 2.無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		
お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
2021 年 12 月 10 日 鏡 一 郎 ご署名 印					

修理業者

株式会社 I H I 物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証部 '21/11/22 菊池	サービスG '21/11/22 小山	サービスG '21/11/22 佐藤