

点検・修理報告書

管理 No. 210171
発行日: 2021 年 12 月 2 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2021 年 11 月 24 日		作業時間: 8 Hr
顧客名	林歯科クリニック 様	TEL: 048-664-1212	
所在地	埼玉県さいたま市大宮区大成町1-453-1	ご担当 様	
販売店	ケーオーデンタル(株)さいたま営業所	ご担当 松島 様	
納入年月日	2015 年 5 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14080152	運転回数:
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー11 処理中のドア開放		
・エラー16 槽内温度低下		
原因		
・ドアロック機構の調整不良		
・温度センサーの基板端子部コネクタ接触不良		
処置、作業内容		
・ドアロック機構の再調整		
・温度センサーからCPU基板の接続の導通部を確認し改善		
・各種点検、清掃、運転確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

3 年 12 月 16 日

ご署名 栗原 長栄 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	環境SBU	中曾根
21/12/02	21/11/26	
	廣瀬	