

点検・修理報告書

管理 No. 210864
発行日: 2022年1月31日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer			
作業年月日	2022/1/25		作業時間: Hr
顧客名	入江歯科医院 様		TEL: 048-832-8131
所在地	埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-10-15 入江ビル		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2019 年 2 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100350	運転回数: 45
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー7 循環水圧低下		
原因		
循環ポンプのインペラ破損		
処置、作業内容		
循環ポンプ交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

1 年 2 月 2 日

須永光俊



ご署名

修理業者

株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '22/01/31 菊池	サービスG '22/01/31 小山	サービスG '22/01/31 佐藤