

平成27年11月6日

受付No. 013

株式会社IHシバウラ 環サ 安田M、品証 塚本S

岡山 FAX(086) 942-9030

IC Clave・IC Washer 不具合報告書

TEL 043-238-0024
FAX

支店名	モリタ千葉営業所	担当者名	長濱 様
ユーザー名	おおにし歯科クリニック	お客様担当者	
納品年月日	2015/9/16	機種名/機番	IC W/100005
発生年月日	2015/11/4	発生場所	千葉県千葉市稲毛区緑町1-8-5

不具合内容

●内容

11月4日(水) エラー8【洗剤供給異常】発生

医院側に聞き取りし洗剤チューブなどに異常が無いとの報告あり

エムシーサービス千葉にて現地確認、対応。

洗剤チューブのボトルに近い側に折れの跡があったため直す

IO確認にて動作チェックし、問題無く復旧した

●原因

・洗剤チューブの折れ

廣
'15/11/06
瀬

回 答

【記入欄】