

クラスBオートクレープ BC-17点検報告書

モリタ
作業専用
HIAグリテック用

お客様 お名	名称	製造番号	点検実施日	ご承認 印	13 11
	住所	運転回数	点検実施者		
	納入場所	サービス形態	モリタ担当部署		

計装(安全)



圧力計0点指示誤差

ドア



フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認



開閉ハンドル取付け状態・動作確認 ※不点検



フック取付け状態・動作確認



フックパネ・フック兼番ピンの取り付け状態



ビス・ナット・ホーローセツ増し締め



ドアカバーの取り付け状態・割れ



フック検出ユニット作動確認



ドアロックユニット作動確認



蓋板のキズ・汚れ



開閉ハンドルの損傷確認

缶体



割れ・キズ・腐食・汚れの有無



減菌温度センサの汚れ



網カゴの破損・汚れ



缶内ストレーナーの損傷・汚れ



配管系



フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ



シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ



給気弁の作動状態・漏れ



排気弁の作動状態・漏れ



真空・乾燥弁の作動状態・漏れ



減菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)



ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)



ストレーナーの汚れ



排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損



安全弁(減菌室)の漏れ



安全弁(蒸気発生器)の漏れ



ダンパーの漏れ・溶接割れ



大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ



ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器



ソケット配管溶接割れ・漏れ



フランジパッキン漏れ



ヒーター取り付け状態・漏れ



空焚き防止器・温度センサ取り付け状態



電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ



逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ



水漏れ・異常音の確認



真空到達度

給水タンク



給水タンクの損傷・漏れ



下部給水弁の漏れ



蓋・取っ手の損傷・割れ



フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク



タンクの汚れ・漏れ



フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系



タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ



ディスプレイの色あせ・表示確認



電源スイッチの作動状態



行程表示LEDの点灯



電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ



各基板のコネクター端子確認



端子の緩み・コネクターの接続確認



配線の変色・損傷有無・結束状態



圧力センサーの取付け状態・入力確認



ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)



外装・設置



本体の水平確認・基準傾き内



アジャスタフットの緩み・設置状態



キズ・汚れ



制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷



制御



運転プログラムの確認



入力・出力確認



試運転プログラムの実行・異常動作の有無



消耗品



ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ



エアフィルター・つまり・汚れ



性能評価



B&Dテスト実施



ケミカルインジケーターによる判定



リークチェック



キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

【

運転確認

合・否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社HIAグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030