

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018 年 6 月 11 日

機種/型式	IC Clave		
作業年月日	2018 年 6 月 7 日		作業時間： Hr
顧客名	上野歯科医院	様	TEL： 043-278-8871
所在地	千葉県千葉市美浜区真砂4-17-5		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2017 年 9 月 13 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100274	運転回数： 687	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
------	--------------	-----------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー30 缶内高圧異常

原因

・電子回路基板の不良

処置、作業内容

・電子回路基板交換 蒸気ヒーター交換 真空ポンプコンデンサ交換 シャトルバルブ交換

・各種調整 運転確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・電子回路基板				
2	・蒸気ヒーター				
3	・真空ポンプコンデンサ				
4	・シャトルバルブ				
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2018 年 6 月 18 日

ご署名 上野 正志

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

環PJ
'18/06/11
菊池

環PJ
'18/06/11
石本