

D 作業報告書

お得意様 海岸歯科	様	ご承認印
住所		
TEL 043-278-7318	署名 2F	ご依頼 様
機種 BC-17	号機 2800	回 回
完了	継続	有料
無料	製番	130900030
取扱業者名 IHインバウ	様	ご担当者 廣瀬

作業日 20 16 年 2 月 15 日

保守 形態	1 保守 契約	2 検査 整備	3 点検 点検	4 点検 整備	5 点検	9 対象 (摘要)
サービス 形態	1 保守 期間	2 スキ ン	3 CM	医療 機器	区分	特 管
作業 区分	00 製品 販売	10 納入 設置	11 現地 調整	20 定期 点検	30 性能 検査	40 点検
	70 PR	72 取扱 説明	73 改造	74 部品 納入	75 下見	77 FC
					80 アフ ター	90 その他

(24時間制で記入)

受付時間	月	日	時	分
出発時間	月	日	時	分
到着時間	月	日	時	分
作業完了 時刻	月	日	時	分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 2.0 H× 1 名× 7500 円		15,000
3	派遣料 1 名× 100 円× 12K		1,200
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費 駐車料		400
6			

サービス センター	千葉SC	実施 者	左藤
TEL	-		

部署長	入力	検印	納品書
	小林	長川	久保

①管理 No.	776618
②作業日	20 16 02 15
③Uコード	043 278 7318
④⑤機種コード	11 - 09
⑥製造 No.	130900030
⑦保守・サービス形態 作業区分	9 - 2 - 50
⑧故障コード	02 - 501 - 0
⑨実施SC	80
⑩技術者	29
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	1 - 0 - 5 - 2

料金内訳

⑬ A	部品代	
⑭ B	技術料等	16,600
⑮		
⑯	税別合計金額	16,600
⑰	消費税	1,328

ご請求金額 ¥ 17,928

納品書 No. 9598

ご依頼内容・現象	E31 真空工程時 加圧異常が 発生する
原因	ドアパッキン劣化が考えられます
処置	・缶内ストレーナー清掃 ・短縮減圧動作確認 ・加圧 加圧中扉パッキンより若干の漏れあり ・※バクテリアフィルター 1758/400 ・ドアパッキン 3800/1000 ・他洗浄機 12Lフィルター

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
WD-150 2557回運転	メーカー
洗浄機 2557/1000	機種
HEPA 2557/2000	☐ 異常なし ☐ 警報・Er
トピック 2557/2000	☐ 漏れあり ☐ 異音あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	☐ 破損あり ☐ 劣化あり
	部位

エムシーサービス株式会社 〒387-0013長野県千曲市小島3171-5

TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074 お問い合わせは右上の管理No.にてお願いします。

D 実施者→経理→請求