

D 作業報告書

依頼者 おおぞら産科医院	様	ご承認印
住所 千葉市 千区長沼原町731-17		
TEL 043-312-1051	署名	ご依頼
機種 WD-150, BC-17	号機	運搬回数
完了 ☒	継続	有料
無料	製番	
取扱業者名 (株)IHシバウラ	様	ご担当者 安田

作業日 20 16 年 4 月 27 日

保守形態	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対象
サービス形態	1 保守期間	2 保守	3 CM	医療機器		区分
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 アフター
						90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

メモ

特記事項

①管理 No. 782112
 ②作業日 20 16 04 27
 ③Uコード 0433121051
 ④⑤機種コード 11-09
 ⑥製造 No.
 ⑦保守・サービス形態 9-2-20
 ⑧故障コード
 ⑨実施SC 82
 ⑩技術者 29
 ⑪同行・応援 27,
 ⑫原因・処理 9-9-1-2

ご依頼内容・現象

WD-150 (14070120) 点検
 BC-17 (14070146) 点検

原因

処置

WD-150 点検表に基づく点検作業
 洗剤ポンプチューブ交換

BC-17 点検表に基づく点検作業
 ドアパッキン交換

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er
☐ 漏れあり ☐ 異音あり
☐ 破損あり ☐ 劣化あり
 部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

00203190	洗剤ポンプチューブ	2	1,400	2,800
00100460	ドアパッキン	1		4,600

1	基本・掘付・点検・性検・	(見積書No.)	51,000
2	技術料	H× 名× 円	
3	派遣料	1 名× 100円×10km	1,000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費	トシ PCD	2,000
6			

千葉SC 実施者 佐藤 小泉
 TEL - -

部署長 入力 検印 納品書
 小林 佐藤 久保

料金内訳

⑬A
 部品代 7,400
 ⑭B
 技術料等 54,000
 ⑮
 ⑯
 税別合計金額 61,400
 消費税 4,912

ご請求金額 ¥ 66,312

納品書 No. 823