

④ 作業報告書

荷役 内容	関内馬車道子列杯又 様				ご承認印	
	住所 神奈川県横浜市中区葉上町5-68					
TEL	045-299-0488		宅名		依頼	様
機種 型式	IC Washer, IC Clave			号機	運転 回数	回
完了	継続	有料	無料	製番	IC Clave 139 IC Washer 82	回
取扱業者名 (株)HLEバツ				様	ご担当者 小野	様

ご依頼内容・現象 (下段ラックが戻ってしまう)
IC Washer ドア開閉時に異音発生
IC Clave オートオフが作動していない時がある
原因 朝夜デジタルモード オートオフ設定で帰る
朝取り出そうとしたら熱い時がある(終了時の
温度くらい)
プログラムの異常が考えられます。

処置
IC Washer アジャスターの調整 (S/N 100085)
動作確認, 下段ラックストッパー部分の
調整

IC Clave 木打 動作確認 (S/N 00073)
各設定の確認、機械リセット、試運転
動作確認、再現テスト終了。

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☒ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☒ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言 後日、機械の入替え	隣りの機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Br ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり 部位

作業日 20

1	6
---	---

 年

6

 月

1	4
---	---

 日

保形 状態	1 保守 契約	2 検 燃焼	3 性 検点	4 検 点整	5 点 検	9 対象 外	(摘要✓)	
	1 保守 期間	2 ス ボルト	3 CM	医療 機器		区分	特 管	非特 管
業 務 分 区	00 製品 販売	10 納入 設置	11 地 現調査	20 定期 点検	30 性能 検査	40 点 検	50 コ ンパ イル	60 搬 入設 移
	70 PR	72 取 扱説明	73 改 造	74 部 品 納入	75 下 見	77 FC	80 ア フ ター	90 そ の 他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コ	ー	ド	交換部品・機材名称	数量	単 価	金 額
---	---	---	-----------	----	-----	-----

[illegible]

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.	)
2	技術料	2.0 H×	1 名× 7,500円
3	派遣料	1 名×	100 円 × 138kgm
4	宿泊費	泊×	名× 円
5	諸経費		
6	駐車料金		

サビレスセンター
TEL 一 一
実 施 者
小 泉

部署長	入力	検印	納品
	小林		久保

メモ

特記事項

①管理 No. 782092

②作業日 20 160614

③Uコード 0452990488

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No.

⑦保守・サービス形態 作業区分 9 - 2 - 50

⑧故障コード 62 - 999 - 2

⑨実施SC 80

⑩技術者 27

⑪同行・応援 , ,

⑫原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

料 金 内 訳

[illegible]

— A	⑭ B		
	技術料等	35	900

[illegible]

税別合計金額	35 900
--------	--------

B	消費税	2872

ご請求金額 ￥	38 772
---------	--------

納品書 No.	2460
---------	------