

点検・修理報告書

管理 No. 20180207
発行日: 2018 年 3 月 26 日

機種/型式	IC Clave		
作業年月日	2018 年 3 月 19 日		作業時間: Hr
顧客名	海岸歯科室こどもの歯医者さん 様	TEL:	043-270-7618
所在地	千葉県千葉市稲毛区美浜区高洲3丁目14-6		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100147	運転回数: 1911	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー30 缶内高圧異常			
原因			
・圧力センサー故障			
処置、作業内容			
・圧力センサー、蒸気発生器温度センサー交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・圧力センサー				
2	・蒸気発生器温度センサー				
3	・シャトルバルブ				
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018年3月26日
医療法人社団康樹会
KAIGAN DENTAL OFFICE
ご署名 千葉市美浜区高洲3-15-2 043-270-7618 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
	子 田