

点検・修理報告書

管理 No. 20180321

発行日: 2018年 03 月21 日

IC Washer	
作業年月日	2018 年 3 月 21 日 作業時間: 6 Hr
顧客名	海岸歯科室こどもの歯医者 様 TEL:
所在地	千葉県千葉市美浜区高洲3-14-6 ストーニービル2F ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 千葉営業所 ご担当 様
納入年月日	2016 年 9 月 27 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100147	運転回数: 1925	タッチパネルVer. 01.07 CPU Ver. 001014
------	--------------	------------	----------------------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

① 全面ドア左側下部より水漏れ発生

原因

① ドア下部のシリコンシートはみ出しによる水漏れ

処置、作業内容

① ドア下部のシリコンシートは見出を防止固定金具取付

② ドア開閉対策部品に交換

特記事項

運転回数が2000回に近くなってます定期メンテナンスをおすすめ致します

その他点検異常ありません正常に運転です

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	シリコンシート固定金具取付		1		
2	ドア開閉対策部品		1セット		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2018年 3 月 21 日
医療法人社団康樹会
KAIGAN DENTAL OFFICE
千葉県美浜区高洲3-15-2 043-270-7618 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
桐野	桐野
18/03/21	18/03/21