

作業報告書

指標	(株)IH1ツバウラ		様	ご承認印
住所	岡山県		様	
TEL	086-9446528	署名		依頼
機種型式	修理サポート	号機	運転回数	回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	(株)IH1ツバウラ		様	ご担当者 安田 様

ご依頼内容・現象

・ BC-17/14090205 石井D/C

・ E31 加圧異常

原因

・ 表置内、タリ内清掃

・ 給水ホースアミ清掃

・ 扉バネ清掃 交換 回数リセット

・ 配電盤

処置

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣機のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 07 月 20 日

保守形態

1 保守契約 ☐ 2 点検整備 ☐ 3 点検整備 ☐ 4 点検整備 ☐ 5 点検整備 ☐ 6 点検整備 ☒ (摘要)

サービス形態

1 保守期間 ☐ 2 保守期間 ☐ 3 CM ☐ 4 医療機器 ☐ 5 区分 ☐ 6 特管 ☐ 7 非特管 ☐

作業区分

00 製品販売 ☐ 10 納入設置 ☐ 11 現地調整 ☐ 20 定期点検 ☐ 30 性能検査 ☐ 40 点検 ☐ 50 搬移 ☐ 60 撤去 ☐

70 PR ☐ 72 取扱説明 ☐ 73 改造 ☐ 74 部品納入 ☐ 75 下見 ☐ 77 FC ☐ 80 アフター ☐ 90 その他 ☐

(24時間で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)
2	技術料 8 H × 1 名 × 5,000 円	40,000
3	派遣料 名 × 円	
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	
5	諸経費	
6		

サインセンター

岡山

実施者

TEL

メモ

特記事項

①管理 No. 786288

②作業日 20 16 07 20

③Uコード 0869446528

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No.

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 99-999-9

⑨実施SC 41

⑩技術者 88

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳

⑬A

部品代 0

⑭B

技術料等 40,000

⑮

⑯

税別合計金額 40,000

B

消費税 3,200

ご請求金額 ¥ 43,200

納品書 No. 3235