


④ 作業報告書

登録 種	鈴木歯科クリニック				様	ご承認印	
住所	千葉県印西市西の原2丁目2						
TEL	0476-224-6990	箸			依頼	様	
機種 型式	WD-150			号機	運転 回数	2090	回
完	継 続	有 料	無 料	製 番	14060071		
取扱業者名 (株) 1H1バウラ					様	ご担当者 安田 様	

ご依頼内容・現象 WD-150 入水替え
原因
処置 WD-150 入水替え作業 試運転 循環水圧低下エラー発生の為 再修理。 後日、再度 入替え

最終確認チェック	☒ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
	☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☒ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣りの機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
	部位

別紙添付	☒ あり	☐ なし
------	--	-----------------------------

作業日 20

/	7
---	---

 年

	5
--	---

 月

/	2
---	---

 日

保形 サース 作区	守 態	1 守 約	2 性 検	3 性 検	4 点 検	5 点 検	9 対 象	(摘要✓)	
	サ ー ス	1 保 守 期	2 ス ポ ット	3 CM	医 療 機 器			特 管	非 特 管
	薬 分	00 製 品 販 売	10 納 入 直	11 現 地 調 整	20 定 期 点 検	30 性 能 検 査	40 点 検	50 コ ン	60 撤 去 移 設
		70 PR	72 取 扱 期	73 改 造	74 部 品 納 入	75 下 見	77 FC	80 ア フ ター	90 そ の 他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

メモ

特記事項

①管理 No. 792476

②作業日 20 170512

③Uコード 0476336990

④⑤機種コード

1	1
---	---

 -

0	9
---	---

⑥製造 No. 14060071

⑦保守・サービス形態 9-2-50
作業区分

⑧故障コード - -

[illegible]

⑨实施SC 80

⑩技術者 29

⑪同行·応援

2	7
---	---

--	--

--	--

⑫原因·处理 0-9-1-2

コ	一	下	交換部品・機材名称	数量	単 価	金 額
---	---	---	-----------	----	-----	-----

[illegible]

1	基本・据付・点検・性検 - (見積書No.	
2	技術料 4.0 H × 1 名 × 7,500円	72,500
3	派遣料 1 名 × 100 円 × 40km	4,000
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	
5	諸経費	
6	有料道路	2,060

サウザン・スター
TEL 千葉 SC
実施者 佐藤 泉

部署長	入力	検印	納品書
佐藤	久保	29	小林

料 金 内 訳

13 A

部品代

⑭ B

技術料等	28,560
------	--------

15

[illegible]

租界公界公租			
--------	--	--	--

消費税	284
-----	-----

二、請求金額 5

20 044

抽品票 No.

1091