

D 作業報告書

依頼者様	ベルダム薬科 様		ご承認印	
住所				
TEL	043-460-1818	電名	ご依頼	様
機種型式	WD-150	号機	運転回数	1721 回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	(株) H1三バウラ 様	ご担当者	安田 様	

ご依頼内容・現象

排水ができない

原因

排水ポンプの不具合の為と思われる。
排水ポンプに異物混入

処置

槽内の水 排水 (排水ホース)にて
排水ポンプ分解、点検
排水ポンプに異物確認、除去
再度取付け動作確認
正常運転確認最終確認チェック ☒ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er
☐ 漏れあり ☐ 異音あり
☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 17 年 5 月 11 日

保守	1 保守契約	2 性能整備	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 対策	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スタット	3 CM	医療機器	区分	特	非特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 ゴル
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	2.0H × 1 名 × 7,500円	15,000
3	派遣料	1 名 × 100円 × 32km	3,200
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3,000
6	有料道路		700

子葉 SC
 TEL - -
 実施者 佐藤 小泉

部署長 入力 検印 納品書
 佐藤 久保 29 小林

メモ

特記事項

①管理 No. 785843
 ②作業日 20 17 05 11
 ③Uコード 0434601818
 ④⑤機種コード 11 - 09
 ⑥製造 No. 13090011
 ⑦保守・サービス形態 9-2-50
 ⑧故障コード 20-208-2
 ⑨実施 SC 80
 ⑩技術者 29
 ⑪同行・応援 27, ,
 ⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳

⑬ A
 部品代 0
 ⑭ B
 技術料等 21,900
 ⑮

⑯
 税別合計金額 21,900
 ⑰
 消費税 1,752

ご請求金額 ¥ 23,652

納品書 No. 1090