

D 作業報告書

依頼者	井橋達利医院 様		ご承認印
住所	千葉県匝瑳市八日市場12489-11		
TEL	0479-79-6480	署名	依頼者 様
機種型式	WD-150	号機	145 回
完了	継続	有料	無料
製番	13090022		
取扱業者名	(株)Eムシーサービス 様	ご担当者	廣瀬 様

ご依頼内容・現象

エラー16 (槽内温度低下)発生

原因

処置 槽内温度センサー点検・清掃・動作確認
 スプレッドーム点検・清掃 (1/5反転にて)
 ヒーター点検・清掃・制釘基板点検
 ヒーター関連・電流値・電圧の確認
 正常動作確認 (H1 SSDR1)
 試運転 (90分)

最終確認チェック ☐漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作
☐絶縁 ☐プログラム設定 ☐試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言

隣の機種のコンディション

メーカー

機種

☐異常なし ☐警報・Er
☐漏れあり ☐異音あり
☐破損あり ☐劣化あり

部位

☐別紙添付 ☒あり ☐なし

作業日 20 17 年 5 月 15 日

保守形態	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対策 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スタット	3 CM	医療機器		特 非 特 非 特 非
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 アフター
						90 その他

(24時間で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 40 H× 1 名× 7,500 円		30,000
3	派遣料 1 名× 100 円 × 106 km		10,600
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		3,000
6	有料道路		2,740

サービスセンター	千葉SC	実施者	小泉
TEL	-		

部署長	入力	検印	納品書
原	原	原	原
29.5.1			

メモ

特記事項

①管理 No. 792479
 ②作業日 20 17 05 15
 ③Uコード 0479796480
 ④⑤機種コード 11 - 019
 ⑥製造 No. 13090022
 ⑦保守・サービス形態 9-2-50
 ⑧故障コード 00 - -
 ⑨実施SC 80
 ⑩技術者 27
 ⑪同行・応援
 ⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳

⑬A
 部品代 0
 ⑭B
 技術料等 46,340
 ⑮

⑯
 税別合計金額 46,340
 消費税 3,707

ご請求金額 ¥ 50,047

納品書 No. 1189