

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018 年 5 月 27 日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2018 年 5 月 14 日		作業時間： Hr
顧客名	おおぞら歯科クリニック 様		TEL： 043-312-1051
所在地	千葉県千葉市稲毛区長沼原町731-17 フレスポ稲毛EASTMALL1階		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14070146	運転回数： 2688	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
------	----------------	------------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴
エラー11 蒸気発生器低温異常
原因
蒸気発生器ヒーター故障
給水ポンプ故障
処置、作業内容
蒸気発生器、給水ポンプ交換
各種調整
特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・BC-17用 蒸気発生器				
2	・BC-17用 給水ポンプ				
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018 年 5 月 29 日

ご署名 柳澤 武 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環PJ '18/05/17 安田	環PJ '18/05/17 安田