

D 作業報告書

依頼者様	海岸歯科 様		ご承認印	
住所	千葉県千葉市美浜区高津3-14-6 2F		6/1	
TEL	043-228-1018	署名	2F	様
機種型式	WD-130	号機	4110	回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	(株)H1アグリテック 様		ご担当者	安田 様

ご依頼内容・現象

乾燥時 焦げ臭い匂いがする
異音がある為、最近では乾燥未使用状態

原因

乾燥ファンの劣化

処置

乾燥ファンの交換
背面ホルダ2個交換
給湯バルブ交換
動作確認、漏れチェック
試運転

最終確認チェック ☒ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機種のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・エラー☐ 漏れあり ☐ 異音あり☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 2017年11月8日

保守形態	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検整備	6 点検整備	7 点検整備	8 点検整備	9 点検整備	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 24時間	3 CM	4 医療機器	5 区分	6 特	7 非特	8 特	9 非特	
作業区分	90 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コス	60 搬去移設	70 PR	72 取扱説明
	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 72	90 その他				

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分
出発時間 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

T00202470	乾燥ファン	1		14,000
T00200900	ファンバルブ	1		7,700
	木工配管	2		支給品

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 4.0H×1名×2,500円		10,000
3	派遣料 1名×100円×12Km		1,200
4	宿泊費 泊×名×円		
5	諸経費		0,000
6	駐車料金		2,400

千葉SC
TEL - -

実施者 佐藤 小泉

部署長 検印 入力 納品書

佐藤 29.11.17 久保 久保

メモ

特記事項

①管理No. 796127
②作業日 2017/11/08
③Uコード 04322787318
④⑤機種コード 11-72
⑥製造No. 12090019
⑦保守・サービス形態 9-2-50
⑧故障コード 62-320-1
⑨実施SC 80
⑩技術者 27
⑪同行・応援 29
⑫原因・処理 1-9-1-2

料金内訳

⑬A
部品代 21,700

⑭B
技術料等 36,600

⑮

⑯
税別合計金額 58,000

⑰
消費税 4,664

ご請求金額 ¥ 62,964

納品書No. 6901