

D 作業報告書

依頼様	こみね歯科医院 様		ご承認印
住所	千葉県千葉市中央区汐見丘町9-17		
TEL	043-241-2815	室名	
機種型式	WD-150	号機	1909 回
完①	継続	有料	無料
製番	13090012		
取扱業者名	(株)エムシーサービス 様		ご担当者
			安田 様

ご依頼内容・現象

1 停電

原因

センサー・ボンプスの劣化による漏水の為 漏電状態になっていました。

処置

センサー・ボンプスの補修
他、水漏れ箇所のバンド増し締め
動作確認にて水漏れチェック
後日 部品が届き次第：修理対応
致します。

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

弊の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er
☐ 漏れあり ☐ 異音あり
☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 17 年 11 月 27 日

保守 形態	1 保守契約	2 点検	3 点検	4 点検	5 点検	9 封鎖	(摘要✓)
サービス 形態	1 保守期間	2 スリット	3 CM	医療 機器		区分	特 管 非 特 管
作業 区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調査	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コイル
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 ド見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

メモ

特記事項

①管理 No. 796170

②作業日 20 17 11 27

③Uコード 043-241-2815

④⑤機種コード 11 - 22

⑥製造 No. 13090012

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 11 - 199 - 2

⑨実施SC 80

⑩技術者 27

⑪同行・応援

⑫原因・処理 1 - 9 - 0 - 2

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 1.5 H× 1 名× 7500 円		11,250
3	派遣料 1 名× 100 円 × 12 km		1,200
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		3,000
6			

料金内訳

⑬ A

部品代 0

⑭ B

技術料等 15 450

⑮

⑯

⑰

税別合計金額 15 450

⑱

消費税 1 206

ご請求金額 ¥

16 686

納品書 No.

7328

サービスセンター

千葉SC

実施者

小泉

部署長

検印

入力

納品書

29.11.29 藤

久保

小泉

D 実施者→経理→請求