

D 作業報告書

依頼者様	井橋 歯科医院 様		ご承認印
住所	千葉県市川市八幡市場1-2489-11		
TEL	0479-726480	署名	様
機種型式	WD-150	号機	3771 回
完了	継続	有料	無料
製番	13090022		
取扱業者名	(株)HITアグリテック 様		ご担当者 安田 様

ご依頼内容・現象

エラ-8 循環水圧低下が発生する

原因

・循環水圧検知圧カススイッチの反応が無い
 為、運転スタート直後 エラ-8が発生する
 と思われました

処置・槽内フィル7-清掃

・循環水圧検知圧カススイッチ交換
 ・運転動作確認 90℃5分
 ポンプ動作時、基板LED29確認

最終確認チェック ☒漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作
☐絶縁 ☐プログラム設定 ☒試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言

点検X、セージ発生中
 中段ノズル接続部ゴム劣化あり

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐異常なし ☐群報・Er
☐漏れあり ☐異音あり
☐破損あり ☐劣化あり

部位

別紙添付 ☒あり ☐なし

作業日 20 18 年 1 月 10 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	9 点検 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 保守	3 CM	医療機器	区分	特 非特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
					50 撤去	60 移動
					80 アフター	90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

メモ

特記事項

①管理 No. 799116

②作業日 20 18 01 10

③Uコード 0479796480

④機種コード 11 - 72

⑥製造 No. 13090022

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 32-302-1

⑨実施SC 80

⑩技術者 29

⑪同行・応援

⑫原因・処理 1-9-1-2

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

T00201680	圧カススイッチ	1		12.000

料 金 内 訳

⑬ A

部品代 12000

⑭ B

技術料等 32340

⑮

⑯

税別合計金額 44340

消費税

3547

ご請求金額 ¥

47887

納品書 No.

8834

1	基本・据付・点検・性能	(見積書No.)	
2	技術料 2.0 H × 1 名 × 8000 円		16000
3	派遣料 1 名 × 100 円 × 106 km		10600
4	宿泊費 泊 × 名 × 円		
5	諸経費		3600
6	有料道		2740

千葉 SC 実施者 佐藤

部署長 佐藤 検印 入力 納品書