

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 2018年 10月 11日
【対応日】 2018年 10月 11日
【連絡元】 ■モリタ（担当者: 諸橋 様）
□ユーザー
□その他（ ）
【ユーザー名 & 県名】 千葉県 こみね歯科医院

WD-150【機番: 13090012】

IC Clave【機番: 】

【症状】

エラー8 循環水圧低下

【症状】

【対応方法】 ■引取り修理（代替機no.13090017）

□現地対応

《対応内容》 □部品交換（ ）
□その他（ ）

【対応方法】 □引取り修理（代替機no. ）

□現地対応

《対応内容》 □部品交換（ ）
□その他（ ）

【給水方法】 □水

■水 & お湯

【給水方法】 □アイオニー使用

□精製水購入

□その他（ ）

【ラック種類】 ■標準ラック

□ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 □有 □無

《SUSフィルターの洗浄》 □有 □無

【滅菌バッグ】 □ディスポ

□リユース

【網の種類】 □トレー棚

□網バスケット

【備考】

【ハンドピースの滅菌】 □有 □無

【設置場所】

【備考】