

D 作業報告書

依頼先	海岸歯科 様		ご承認印
住所	千葉県千葉市美浜区高州13-14-6		
TEL	043-278-7318 宅	2F	依頼先 様
機種型式	WD-150, BC-17	号機	WD 3423 BC 3403 回
完了	継続	有料	無料
製番	WD-150 13070019	BC-17 13090030	
取扱業者名	(株)IH1エバウラ 様		
ご担当者	廣瀬 様		

ご依頼内容・現象

代替器と修理品の入れ替え(BC-17)
ドア開放時 槽内着水エラー発生(WD-150)

原因 凝縮タニフ着水エラー多発する

処置

入れ替え、設置作業、試運転
WD-150 後日 代替器 入れ替え
修理完了

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

IH1エバウラ様より連絡の方
が来りました。

別紙添付 ☒ あり ☐ なし

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er
☐ 漏れあり ☐ 異音あり
☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

作業日 20 16 年 10 月 4 日

保守形態	1 保守契約	2 性能整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対策 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特 非 管 特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 アフター
						90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 1.5 H× / 名× 7,500円		11,250
3	派遣料 / 名× 100円 × 12km		1,200
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		
6			

サービスセンター	千葉SC	実施者	小泉
TEL	-		

部署長	入力	検印	納品書
	小林	長川	久保

メモ

特記事項

①管理No.	792353
②作業日	20 16/10/04
③Uコード	0432787318
④⑤機種コード	11 - 09
⑥製造No.	13090030
⑦保守・サービス形態	9-2-90
⑧故障コード	99-999-9
⑨実施SC	86
⑩技術者	27
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	9-9-1-2

料金内訳

⑬ A	部品代	0
-----	-----	---

⑭ B	技術料等	12 450
-----	------	--------

⑮		
---	--	--

⑯	税別合計金額	12 450
---	--------	--------

⑰ B	消費税	996
-----	-----	-----

ご請求金額 ¥	13 446
---------	--------

納品書No.	5658
--------	------