

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 中村歯科医院 御中 製造番号 100089
住所 千葉県袖ヶ浦市神納1-7-5
点検日 2018年 10月 10日
点検時間 ~ 点検者 桐野

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

〒299-0257 千葉県袖ヶ浦市神納1-7-5

医療法人社団 夢 仁 会

中村 歯 科 医 院

TEL 0438-62-4849

2018年 10 月 17 日

ご署名

中 村 武 仁

印



本作業にて知りえた個人情報は、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528