

作業報告書

依頼先	井橋歯科医院 様			ご承認印	
住所	千葉県匝瑳市八日市12489-11			TEL	0479-79-6480
TEL	0479-79-6480	重名		依頼	
機種型式	WD-150	号機		運転回数	41 回
完了	継続	有料	無料	製番	12090022
取扱業者名	(株)エムシーサービス 様			ご担当者	安田 様

ご依頼内容・現象

不具合部品の交換

原因

洗剤・仕上剤 フロント不具合
シャック破損の為

処置

洗剤・仕上剤 フロント ASSY 交換
シャック(白)(黄)交換
動作確認訪問時、エラー10発生の為、セーサ部分
ボース補修及び電磁弁、基板のチェック、試運転最終確認チェック ☒ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機種のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er☐ 漏れあり ☐ 異音あり☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 17 年 4 月 7 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 性能点検	5 点検	9 対策	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特管	非特管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コミ
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

T00200200	洗剤・仕上剤 ASSY(洗剤)			28,300
T00200210	" (仕上剤)			28,300
T00200850	シャック (白)			200
T00200860	" (黄)			200

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 2.0H × 1 名 × 7,500円		15,000
3	派遣料 1 名 × 100円 × 106km		10,600
4	宿泊費 泊 × 名 × 円		
5	諸経費		
6	有料道路		2,740

サ 千葉SC 実施者 小泉
 TEL - -

部署長 入力 検印 納品書
 佐藤 29.4.1 小泉

特記事項

①管理 No. 785757

②作業日 20 17 04 07

③Uコード 0479796480

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 12090022

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 65-315-1

⑨実施SC 80

⑩技術者 27

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料 金 内 訳

⑬ A
 部品代 57,000

⑭ B
 技術料等 28,340

⑮

⑯
 税別合計金額 85,340

⑰
 消費税 6,827

ご請求金額 ¥ 92,167

納品書 No. 217