

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018 年 6 月 15 日

機種/型式	IC Clave		
作業年月日	2018 年 6 月 12 日		作業時間：Hr
顧客名	やひろ歯科医院	様	TEL：0475-54-5566
所在地	千葉県東金市東新宿18-1 酒造ビル103号室		ご担当様
販売店			ご担当様
納入年月日	2016 年 7 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：100126	運転回数：1728	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー12 ドアセンサー異常			
原因			
・真空ポンプ異常			
処置、作業内容			
・真空ポンプ新品交換、圧力センサー交換、シャトルバルブ交換			
・各種調整 プログラム更新 運転確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・真空ポンプ				
2	・圧力センサー				
3	・シャトルバルブ				
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

環PJ
'18/06/15
菊池

環PJ
'18/06/15
石本