

D 作業報告書

依頼者様	ベルダム 藤科71ニ、7 様			ご承認印	
住所					
TEL	043-460-1848	室名		ご依頼	様
機種型式	WD-150	号機	2248	運転回数	2248 回
完了	継続	有料	無料	製番	13090011
取扱業者名	(株)エムシーサービス 千葉 様			ご担当者	廣瀬 様

ご依頼内容・現象

・循環水圧低下(エラ-8)が発生する

原因

処置

・排水フィルター 清掃
・ラック接続コム確認
・圧カススイッチ確認
・単工程 90℃ 5分確認

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

・洗剤チャージ、ドレンタンク空
あり 点検が必要

□別紙添付 ☒ あり ☐ なし

隣の機種のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er
☐ 漏れあり ☐ 異音あり
☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

作業日 20 18 年 3 月 27 日

保守形態

1 保守契約 ☐ 2 性能点検 ☐ 3 性能点検 ☐ 4 点検整備 ☐ 5 点検 ☒ 9 (摘要√)

サービス形態

1 保守期間 ☐ 2 保守 ☒ 3 CM ☐ 医療機器 ☐ 区分 特 非
管 管

作業区分

00 製品販売 ☐ 10 納入設置 ☐ 11 現地調整 ☐ 20 定期点検 ☐ 30 性能検査 ☐ 40 点検 ☒ 50 搬去移設 ☐ 60 撤去移設 ☐
70 PR ☐ 72 取扱説明 ☐ 73 改造 ☐ 74 部品納入 ☐ 75 下見 ☐ 77 FC ☐ 80 アフター ☐ 90 その他 ☐

(24時間で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	1.5 H × 名 × 8,000 円	12,000
3	派遣料	名 × 100 円 × 2 人	2,000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3,000
6	有料道		7,000

部署長 検印 入力 納品書

佐藤 長川 小秋 久保

TEL - -

実施者 佐藤 大山

メモ

特記事項

①管理 No. 801399

②作業日 20 18 年 3 月 27 日

③Uコード 0434601848

④⑤機種コード 11 - 72

⑥製造 No. 10090011

⑦保守・サービス形態 9 - 2 - 50

⑧故障コード 32 - 110 - 3

⑨実施SC 80

⑩技術者 29

⑪同行・応援 72, ,

⑫原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

料金内訳

⑬ A

部品代

⑭ B

技術料等 18,900

⑮

⑯

税別合計金額 18,900

⑰

消費税 1,512

ご請求金額 ￥ 20,412

納品書 No. 11249