

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 1 月 17 日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2019 年 1 月 9 日		作業時間： Hr
顧客名	おおぞら歯科クリニック 様	TEL： 043-312-1051	
所在地	千葉県千葉市稲毛区長沼原町731-17 フレスポ稲毛EASTMALL1階		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 3 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14070146	運転回数： 3308	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
------	----------------	------------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー10 蒸気発生器高温異常

エラー11 蒸気発生器低温異常

原因

・電磁弁（排蒸弁）への異物混入による異常発生

処置、作業内容

電磁弁交換、給水ポンプ、給水タンク清掃

各種調整、清掃、運転確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・BC-17用 電磁弁（排蒸弁）				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 1 月 18 日

ご署名

柳 洋 武

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030



責任技術者	作業者