

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 2 月 12 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2018 年 12 月 27 日		作業時間： Hr
顧客名	こみね歯科医院	様	TEL： 043-241-2515
所在地	千葉市中央区汐見丘町9-17		ご担当
販売店			ご担当
納入年月日	2014 年 2 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号 13090012	運転回数： 2392
------	---------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・エラー8 循環水圧低下
- ・排水ポンプ動作時異音

原因

- ・循環ポンプの破損により配管C内に異物が混入し流量が下がった為
- ・排水ポンプオーバーホール（バー等異物混入有）

処置、作業内容 循環ポンプ交換



	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	循環ポンプ		1		
2	配管C		1		
3	定期交換部品（ドアパッキン）		1式		
4	定期交換部品（洗剤仕上剤ポンプチューブ）		1式		
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

千葉市中央区汐見丘町9の17番

小峯 歯科医院

ご署名 小峯 眞・久直 印

電話 043-(241)-2515

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030



責任技術者	作業者
環境PJ '19/02/12 安田	環境PJ '19/02/12 安田