

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2018年 08月 21日

IC Washer	
作業年月日	2018 年 8 月 21 日 作業時間： 6 Hr
顧客名	関内馬車道デンタルオフィス 様 TEL： 045-299-0488
所在地	神奈川県横浜市中区尾上町5-68 ご担当 駒井 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 3 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号： 100192	運転回数： 671	タッチパネルVer.01.08 CPU Ver.001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① ドア開閉ワイヤー切れ			
原因			
ドア開閉装置に不具合がありました。			
処置、作業内容			
① ドア開閉対策部品に交換しております			
② 各種点検・調整確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドア開閉対策部品		1セット		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

30 年 8 月 29 日

駒井 裕一 駒井 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

桐 野
'18/08/21

桐 野
'18/08/21