

C 作業報告書

お客様 石井歯科クリニック 様	ご承認印 高木
住所 千葉県香取市北目2-7	
TEL 0478-79-7000	業者 高木
機種名 高圧蒸気滅菌器	メーカー (株)IH1アグリテック
型式 BC-17	製造番号 14090205
電池 継続 有料 無料	運行回数 3107 回

ご依頼内容・現象

扉の開きが悪い

(ご依頼者 様)

原因

扉取手のビスの緩みの為

処置

- ☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☒ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

お客様への伝言

作業日 2019年12月12日

医形	守態	1 安全確認	2 性能確認	3 性能確認	4 点検整備	5 点検	9 点検	摘要
サージ	スリ	1 安全確認	2 スリ	3 CM	医療機器	区分	特	お詫
作区	分	00 製品販売	10 納入点検	11 現場点検	20 定期点検	30 性能点検	40 点検	50 コネ
		70 PR	72 取扱説明	73 点検	74 部品組入	75 下し	77 PC	80 アワー
								90 その他

受付 12月12日 時 分

到着時間 12月12日 時 分

作業完了時刻 12月12日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性能	(見積書No.)
2	技術料 / H× / 名× 8,000 円	8,000
3	派遣料 / 名× 100 円 × 104km	10,400
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	0.000
6	有料道路	2,600

サービスセンター 千葉SC	実施者 小泉
------------------	-----------

取扱業者 (請求先)

(株)IH1アグリテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理No. 812876

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社 TEL 287-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

長野SC	長野SC	長野SC	長野SC	長野SC	長野SC
長野SC	長野SC	長野SC	長野SC	長野SC	長野SC
長野SC	長野SC	長野SC	長野SC	長野SC	長野SC
長野SC	長野SC	長野SC	長野SC	長野SC	長野SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター TEL 026-27-2230 FAX 026-27-2250

施設用具レンタル・販売・生体リフォーム

CARE メディカルケア株式会社 TEL 026-273-4116 FAX 026-273-4116

料金内訳

部 品 代	0
-------	---

技術料等	24,000
------	--------

消費税	920
-----	-----

税別合計金額	24,920
--------	--------

消費税	920
-----	-----

ご請求金額	25,920
-------	--------

納品書No.