

《不具合対応報告書》

担当者： 廣瀬

【発生日】 2018年 12月 10日
【対応日】 2018年 12月 11日
【連絡元】 ☐モリタ（担当者： 千葉 諸橋 ）
 ☒ユーザー
 ☐その他（ ）
【ユーザー名 & 県名】 千葉県印西市 鈴木歯科クリニック

WD-150【機番： 14060071 】

IC Clave【機番： 】

【症状】

・エラー9 洗剤供給異常

【対応方法】 ☐引取り修理（代替機no. ）

■現地対応

 《対応内容》 ☐部品交換（ ）
 ☒その他（ ）
 洗剤コネクタの部分的破損による接触不良
 コネクタの補強後に復旧

【給水方法】 ☐水

■水 & お湯

【ラック種類】 ■標準ラック

☐ハンドピース用ラック

 《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

 《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理（代替機no. ）

☐現地対応

 《対応内容》 ☐部品交換（ ）
 ☐その他（ ）

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他（ ）

【滅菌バッグ】 ☐ディスポ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレー棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】