

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 6月 10日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2019 年 6 月 7 日 作業時間: Hr
顧客名	山田歯科クリニック 様 TEL: 0475-55-5522
所在地	千葉県東金市南上宿19-24 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 12 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100171	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー1 漏洩検出			
原因			
・循環水ライン樹脂継手亀裂による水漏れ			
処置、作業内容			
・樹脂継手交換			
・各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	樹脂継手		6		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R1 年 6 月 12日

ご署名 土屋 房子 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJ '19/06/07 富田	環境PJ '19/06/07 桐野