

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 28 年 5 月 27 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300416
作業年月日	平成 28 年 5 月 27 日		作業時間： / Hr
顧客名	斉藤医院 様		TEL：055-284-5771
所在地	南アムス市在家塚 1189		ご担当 様
販売店	(株)平塚メディカル		ご担当 末木 様
納入年月日	平成 26 年 12 月 9 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☒ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

タッチパネルのフリーズ→ボタン操作で可

不具合原因、作業内容

OED-5代替機 差換え作業実施
スコープ消毒 1セット確認

点検項目

フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☐
トレー	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

当該機をお預りし、不具合の確認をメーカーにて行います。
岡山工場にて実機確認の為、10日程 報告を御時間いただきます。

装置 情報	交換後運転回数：	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：	殺菌/消毒+アル：
	リークチェック：	自己洗浄：	アルコール単独：	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 斉藤 初彦

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者 H28.5.27 青木 順	作業者 H28.5.27 青木 順
---------------------------	-------------------------