

《不具合対応報告書》

担当者:廣瀬・小笠原

【発生日】 年 月 日

【対応日】 2019年 3月 13日

【連絡元】 ☐モリタ(担当者:)
☐ユーザー
☐その他()

【ユーザー名 & 県名】 神奈川県 みなみ歯科クリニック

IC Washer【機番:100086】

IC Clave【機番:】

【症状】

エラー12、16、17

【対応方法】□引取り修理（代替機no.）

■現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】■水

☐水 & お湯

【ラック種類】☐標準ラック

■ ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☒有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☒有 ☐無

【備考】

現地対応したが改善せず。

3/15代替機入替予定。

【症状】

【対応方法】 □引取り修理（代替機no.）

□現地対応

《対応内容》 ☐ 部品交換()
☐ その他()

【給水方法】 ☐ アイオニー使用

□精製水購入

□その他()

【滅菌バッグ】□ディスポ

☐ リニューアル

【網の種類】 □トレー欄

☐ 網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】