

# 点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 9 月 13 日

|       |                                                                                                                                    |                                                                       |                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 機種/型式 | IC Clave                                                                                                                           |                                                                       |                   |
| 作業年月日 | 2019 年 8 月 28 日                                                                                                                    |                                                                       | 作業時間： Hr          |
| 顧客名   | 小出歯科医院                                                                                                                             | 様                                                                     | TEL： 047-712-8500 |
| 所在地   | 千葉県市川市南八幡1-23-1 フランネルハウス1F                                                                                                         |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   |                                                                                                                                    |                                                                       | ご担当 様             |
| 納入年月日 | 2015 年 12 月 日                                                                                                                      | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                                |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修 理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |                                                                       |                   |

|                                            |              |                |                                                                               |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 装置情報                                       | 製造番号： 100040 | 運転回数： 835/1434 | 運転回数リセット： <input type="checkbox"/> 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                            |              |                |                                                                               |
| ・エラー11 蒸気発生器高温異常                           |              |                |                                                                               |
| ・エラー30 缶内圧力異常                              |              |                |                                                                               |
| 原因                                         |              |                |                                                                               |
| ・給水ライン配管の異常による給水不足からの空焚き (エラー11 蒸気発生器高温異常) |              |                |                                                                               |
| ・圧力センサー故障 (エラー30 缶内圧力異常)                   |              |                |                                                                               |
| 処置、作業内容                                    |              |                |                                                                               |
| ・給水戻りラインの再調整                               |              |                |                                                                               |
| ・圧力センサー交換                                  |              |                |                                                                               |
| ・各種調整 運転確認                                 |              |                |                                                                               |
| 特記事項                                       |              |                |                                                                               |

|   | 交換部品名称  | 部品コード                                                              | 数量     | 単価 | 小計 |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| 1 | ・圧力センサー |                                                                    | 1      |    |    |
| 2 |         |                                                                    |        |    |    |
| 3 |         |                                                                    |        |    |    |
| 4 |         |                                                                    |        |    |    |
| 5 |         |                                                                    |        |    |    |
| 6 |         |                                                                    |        |    |    |
| 7 |         |                                                                    |        |    |    |
|   |         | 1. 有償 <input type="radio"/> 2. 無償 <input checked="" type="radio"/> | 部品代 合計 |    |    |
|   |         |                                                                    | 技 術 料  |    |    |
|   |         |                                                                    | 出 張 料  |    |    |
|   |         |                                                                    |        |    |    |
|   |         |                                                                    | 合計     |    |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 9 月 19 日

ご署名 小出 宗史 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL:086-944-6528  
FAX:086-942-9030

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 責任技術者                  | 作業者                    |
| 環PJ<br>'19/08/28<br>富田 | 環PJ<br>'19/08/28<br>三宅 |