

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 5 月 23 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2019 年 5 月 14 日		作業時間： Hr
顧客名	森川歯科医院 様	TEL： 0475-25-0889	
所在地	千葉県茂原市道表21-4		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 1 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14070138	運転回数： 2395
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・ドア開閉不良		
原因		
・ドアレバーの締め付け不良		
処置、作業内容		
・各種調整、清掃、運転確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2019 年 5 月 24 日

田中 裕米

印

修理業者

株式会社IHアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

環境PJ
 '19/05/14
 富田

環境PJ
 '19/05/14
 安田