

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 5月 22日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer			
作業年月日	2019 年 5 月 15 日		作業時間: Hr
顧客名	志津ココロ歯科・矯正歯科 様	TEL: 043-310-5556	
所在地	千葉県佐倉市西志津2-6-4	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2016 年 3 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100088	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ドアロック開放異常			
原因			
・ドアロックの位置ずれ			
処置、作業内容			
・ドアロックの調整、固定			
・各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

0846 千葉県佐倉市西志津2-6-4
ココロ歯科・矯正歯科
TEL: 043-310-5556 印
043-310-5557

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJ '19/05/15 富田	環境PJ '19/05/15 桐野