

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 4月 19日

機種/型式	792Bオートクレーブ IC CLAVE		
作業年月日	2019年 3月 28日		作業時間: Hr
顧客名	おはみ南科 クリニック	様	TEL: 045-944-3234
所在地	神奈川県横浜市中区築区茅ヶ崎中央2-11 ヴィラマリア		ご担当
販売店	株式会社モリタ 横浜支店		ご担当
納入年月日	2016年 3月 15日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・ ☒ 修理	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100078	運転回数: 1449回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
I7-No.16 蒸気注入異常		
I7-No.18 滅菌異常		
原因		
蒸気弁 部品故障		
処置、作業内容		
蒸気弁を交換済		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	70



お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019年 4月 19日

ご署名 山田 豊



修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者