

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 間瀬デンタルクリニック 御中

製造番号 100210

住所 千葉県葛飾区大堀 2-16-10

点検日 2019年 6月 13 日

点検時間 ~

点検者 桐野

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

2019

2018年 6月 20日

ご署名

佐生美のり子

印

本作業にて知れた個人情報は、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528