

点検・修理報告書

管理 No.

QM-058

発行日：2019 年 11 月 29 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019 年 11 月 27 日		作業時間： 8 Hr
顧客名	海岸歯科室こどもの歯医者さん 様		TEL： 043-278-7318
所在地	千葉県千葉市美浜区高洲3-14-6		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 9 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：100147	運転回数：601/3258	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー15 蒸気発生器加熱時間オーバー異常発生			
原因			
・蒸気発生器ヒーターのショート			
処置、作業内容			
・蒸気発生器ヒーター、真空ポンプの交換			
・各種調整、プログラム更新、運転動作確認			
特記事項			
・上記故障のほかに、真空ポンプ動作時の音が大きいのので部品交換にて対応させて頂きました（無償）			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・蒸気ヒーター		1		
2	・真空ポンプ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1.有償 2.無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 12 月 3 日

ご署名 阿部 由奈 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '19/11/29 池	富 '19/11/29 田	三 '19/11/29 宅