D 作業報告書

お得様	鈴木歯科クリニック 様	ご承認印	
住所	千葉県印西市西の原2-2-1		
TEL	0476-33-6990	宛名	
機種名	ジェットフロス洗浄器	メーカー	(株)IHIアグリテック
型式	WD-150 (号機)	製番	貸出器
完了	継続	有料	無料	運転回数	回

作業日 20 19年 9月 20日

保守形態	1 保守契約	2 性検整備	3 性検点検	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(摘要✓)	
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器		区分	特管	非特管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コ✓	60 撤去移設
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター	99 その他

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

依頼業者(請求先)
(株)IHIアグリテック
(支店名)
(ご担当者) 廣瀬様
(注文No.)

特記事項
・運転状況確認の為諸経費フシ

①管理No. 817182
②作業日 20 190920
③Jコード 0476336990
④⑤機種コード 11 - 72
⑥製造No.
⑦保守・サービス形態 作業区分 9 - 2 - 50
⑧故障コード 00 - 999 - 7
⑨実施SC 80
⑩技術者 29
⑪同行・応援
⑫原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

ご依頼内容・現象
・貸出器設置後の漏れ、警報確認
(ご依頼者 (株)IHIアグリテック 廣瀬 様)

原因

処置
- □部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- □各部増締め □分解・再セットアップ □各部清掃
- □グリスアップ □動作確認 □設定・プログラムの確認
- □点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- □性能検査立ち会い □試運転 □最終検査終了・異常なし

・運転中 各部漏れチェック
・警報発生状況、運転状況確認 異常フシ

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)		
2	技術料 1.0 H× 1 名× 5000円		5000
3	派遣料 1 名× 100円×44km		4400
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		
6			

料金内訳

⑬A 部品代	
⑭B 技術料等	12400
⑮	
⑯ 税抜合計金額	12400
消費税	992
ご請求金額	13392
納品書No.	5635

お客様への伝言

サービスセンター	実施者	責任技術者	検印	入力	納品書
千葉SC TEL	佐藤	佐藤	長川 '19.9.30 原	小林	久保

エムシーサービス株式会社 〒387-0013長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074 お問い合せは右上の管理No.にてお願いします。

D 実施者→経理→請求