

## ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 志津ココロ歯科・矯正歯科 御中 製造番号 100088

住所 千葉県佐倉市西志津2-6-4

点検日 2019年 5月 15日

点検時間 ~ 点検者 桐野

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

### 特記事項

お客様ご確認ご署名欄

2019年 5 月 23 日

ご署名

0846 千葉県佐倉市西志津2-6-4

ココロ歯科・矯正歯科

TEL: 043-310-5556

FAX: 043-310-5557

印

本作業にて知りえた個人情報、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック  
環境プロジェクト部  
岡山県岡山市東区西大寺170-6  
TEL (086)944-6528