

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】	2019年12月9日	【対応日】	2019年12月10日
【連絡元】	☐ モリタ(担当者: 北関東 水村) ☐ ディーラー(担当者:) ☐ ユーザー ☐ その他()		
【所在地&ユーザー名】	群島県甘藷郡甘藷町 原齒科医院		

案件No. 19138
 電話受付: 慶瀬
 現地対応: "
 送り状番号: 288-0973-4925

【機種】
 IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ (BC-17)
 (機番: 13100062)

【症状・エラーコード】
 エラー 40 ドア異常

【対応方法】
☒ 預かり修理 (代替機No. 14070137)
☐ 現地対応
 対応内容: ☐ 部品交換()
 ☐ その他 ()

【運転情報】
 運転回数: ()回 ※前回メンテからの運転回数
 保守点検: ☒ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認
 修理方法: ☒ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認
 備考: ()
 ※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】 <ICW・WD> ☐ 水 ☐ 水&温水 【ラック・バスケット種類】 <ICW・WD> ☐ 標準ラック ☐ ハンドピースラック <止水プラグ使用> ☐ 有 ☐ 無 <SUSフィルター洗浄> ☐ 有 ☐ 無 【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】 ☐ 単回使用 ☐ 複数回使用 【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】 ☐ 有 ☒ 無	<ICC・BC> ☒ 生成器 (アイオー・) ☐ 精製水購入 <ICC・BC> ☐ トレー棚 ☒ 網バスケット
---	--

【設置場所】
☒ 作業台上 ☐ シンク下
☐ その他()

【現地対応者コメント・所感】
 ドアレバー破損により物理ロック不良。
 Xレテ回数に近いため、引上げメンテとする。

医療機器の貸出に関する確認書

2019年 12月 10日
返却確認日 年 月 日

貸出元 株式会社IHアグリテック
所在地 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

貸出先
所在地 〒370-2216 群馬県甘楽郡甘楽町金井76-1
管理責任者 原 歯 科 医 院
氏名 原 一 史

印

貸出目的

☐デモ
☐研修

☐臨床使用
☐研究目的

☐緊急時対応
☐納期遅延対応

TEL 0274-67-7768 FAX 0274-67-7119

☐故障・修理対応☒その他(メンテナンス)

品名	数量	設置場所	期間	症例数
BC-17 貸出機 シリアルno.(14070137)	1	原歯科医院 様	2019年 12月10日～	

●貸出期間中の費用負担:

- 1.当該医療機器の設置
- 2.撤去
- 3.保守・修理費
- 4.消耗品等
- 5.その他の費用

●貸出期間が満了した当該医療機器は、速やかに貸出元に返却する。

〈お取引先商店名〉

〈ご担当者名〉

・必要事項をご記入いただき、FAXにてご返信ください。確認書が到着後、弊社貸出予約受付完了となります。

貸出品の在庫状況により商品の発送に時間を頂く場合がございますので、ご了承ください。

・先にFAXなどで貸出依頼、ご予約をされた場合につきましては、「医療機器の貸出に関する確認書」を、貸出機に同梱いたしますので、必要事項をご記入いただき、貸出機器の返却と一緒にご送付いただいても結構です。

・貸出機器の発送先はご要望があれば余白や別紙にて発送先をご指示頂ければ、ご対応いたします。ご要望が無い場合は、お取引店様へ発送させていただきます。