

③ 作業報告書

起 程 日	原 齒 科 医 院			機	ご 承 認 印
住 所	群 島 県 甘 楽 郡				(原)
T E L	0274-67-7768	電			
機 種 名	ウォッシャー・グースインジェクター		メ ー カ ー	1H1 アグリテック	
型 式	1C ウォッシャー		(号機)	製 番	100009
(先)		継 続	(有期)	無 料	返 送 固 定

作業日 20 年 月 日

保形 形態	1 保守 契約	2 性能 試験	3 性能 試験	4 性能 試験	5 点検	9 点検 外	(摘要✓)
	1 保守 契約	2 スポ ット	3 CM	医療 機器			
サービ ス形態						区分	付 寄
作区 業分	00 製品 販売	10 納入 設備	11 現貨 販売	20 定期 点検	30 性能 検査	40 点検	50 コル
							60 撤去 移設
作区 業分	70 PR	72 取扱 説明	73 改造	74 部品 納入	75 下見	77 FC	80 アフ ター
							90 その他

受 付 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了
 時 月 日 時 分

[illegible]

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 / H× / 名× 8,000 円	8,000
3	派遣料 55kmX / 名× 100 円	5,500
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費 高連代	2040
6		

サービスセンター
TEL 群 魚 SC
実施者 安藤

責任技術者	検印	入力	納品書
			

取扱業者 (別求先)
(株)IH7タグリテック
(支店名)
(ご担当者) 中村様
(注文No.)

管理№ 822784

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

エムシーサービス株式会社
 〒987-0013 長野県千曲市小島371-5
 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

札幌SC	仙台SC	つくばSC	相模川SC	大塚SC	福岡SC
秋田SC	金沢SC	厚労SC	厚労SC	大塚SC	大塚SC
仙台SC	仙台SC	仙台SC	仙台SC	仙台SC	仙台SC
仙台SC	仙台SC	仙台SC	仙台SC	仙台SC	仙台SC
仙台SC	仙台SC	仙台SC	仙台SC	仙台SC	仙台SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

滅菌センター
 〒306-0002 長野県上田市住吉280-8
 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

メディカルケア株式会社
 〒987-0013 長野県千曲市小島3172
 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

科 金 内 訳		
⑬ A		
部 品 代		200
⑭ B		
技術料等	15	540
⑮		
⑯		
税別合計金額	15	740
B		
消 費 税	1	574
ご請求金額 ※		
	17	314

○ 水漏れです

原因
。 給湯水・又接続部に水漏れ
(接続用パッキン劣化)

処置

☒ 部品交換（右記部品一覧を参照して下さい）

☒ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃

☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認

☐ 点検表に基づく点検整備（別紙点検表を参照して下さい）

☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

○ 給水・給湯接続用パッキン交換

○ マシナリ給水・給湯・排水テスト

○ 各部漏れチェックOK

お客様への伝言